



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**GB.C.34.010.A № 58924**

Срок действия до **27 мая 2020 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
**Калибраторы тока моделей UPS-II, UPS-III, UPS-III-IS**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
**Фирма "Druck Limited", Великобритания**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **60810-15**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
**МП-086/551-2015**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от **27 мая 2015 г. № 621**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

С.С.Голубев



..... 2015 г.

Серия СИ

№ 020576

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Калибраторы тока моделей UPS-II, UPS-III, UPS-III-IS

#### Назначение средства измерений

Калибраторы тока моделей UPS-II, UPS-III, UPS-III-IS (далее калибраторы) предназначены для измерения и воспроизведения силы постоянного электрического тока, а также для измерения напряжения постоянного тока.

#### Описание средства измерений

Калибраторы представляет собой портативные электрические приборы с расположенными на их передних панелях клавишами для задания режимов измерения или воспроизведения и ввода значений силы постоянного электрического тока.

Принцип действия калибраторов в режиме измерения основан на аналого-цифровом преобразовании (АЦП) параметров измеряемых электрических сигналов, отображении их на дисплее, а в режиме калиброванных сигналов действие калибраторов основано на цифро-аналоговом преобразовании (ЦАП) цифровых сигналов, вырабатываемых контроллером в аналоговые сигналы, поступающие на выходы калибраторов.

Калибраторы обеспечивают ручное управление процедурами измерения и воспроизведения, а также управление калибровкой при настройке и поверке средств измерений путем подачи на их входы с выхода калибратора ступенчато изменяющегося сигнала с равномерным шагом при заданном числе проверяемых точек и порядке их проверки или линейно изменяющегося сигнала, нарастающего в предварительно заданных пределах.

Дисплеи калибраторов отображают результаты измерения и воспроизведения в цифровом виде, а также отображают сведения о режиме работы калибраторов.

На передней панели калибраторов имеются гнезда для подключения к внешним объектам и приборам в режимах: воспроизведения и измерения силы постоянного тока, а также для измерения напряжения постоянного тока.

Внешний вид калибраторов изображен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Внешний вид калибраторов UPS-II, UPS-III, UPS-III-IS

### Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики калибраторов представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значение характеристики для моделей		
	UPS-II	UPS-III	UPS-III-IS
Диапазон воспроизведения, измерения силы постоянного тока, мА	от 0 до 20	от 0 до 24	от 0 до 24
Предел допускаемой основной приведенной погрешности воспроизведения, измерения силы постоянного тока, % от диапазона	±0,05	±0,01 + 2 мкА	±0,015 + 2 мкА
Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения силы постоянного тока, вызванной отклонением температуры на 1 °С от нормальных значений, %/°С	±0,05	±0,003	±0,003
Диапазон измерения напряжения постоянного тока, В	-	от 0 до 60	от 0 до 50
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения напряжения постоянного тока, % от диапазона	-	±0,02 + 4 мВ	±0,015 + 4 мВ
Питание прибора: - встроенное (батареи типа АА), В - внешнее (сетевой адаптер), В - частота напряжения сети, Гц	4 × 1,5 от 115 до 230 50 или 60	4 × 1,5 от 100 до 240 от 47 до 63	4 × 1,5 - -
Продолжительность работы от батарей: - в режиме измерения - в режиме воспроизведения тока	30 13	75 18	60 14
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	124 × 77 × 21	129 × 77 × 24	140 × 90 × 42
Диапазон рабочих температур, °С	от минус 10 до 50	от минус 10 до 50	от минус 10 до 40
Относительная влажность воздуха, % не более	90		

### Программное обеспечение

Идентификационные данные программного обеспечения калибраторов представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Идентификационные данные программного обеспечения

	UPS-II	UPS-III	UPS-III-IS
Идентификационные данные (признаки)	DK0338	DK0371	DK0335
Идентификационное наименование ПО	DK0338	DK0371	DK0335
Номер версии (идентификационный номер ПО)	не ниже 1.01	не ниже 1.03	не ниже 1.02
Цифровой идентификатор ПО	-	-	-
Другие идентификационные данные (если имеются)	-	-	-

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «низкий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносят на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на переднюю панель калибраторов любым способом, обеспечивающим четкое изображение и сохранность знака утверждения типа в течение всего срока службы калибраторов.

### Комплектность средства измерений

Таблица 3 – Комплект поставки

Наименование	Количество, шт
Калибратор	1
Набор щупов	1
Батареи питания	4
Сетевой адаптер	1
Кейс для переноски	1
Упаковочная коробка	1
Паспорт	1
Методика поверки	1

### Поверка

осуществляется по документу МП-086/551-2015 «ГСИ. Калибраторы тока моделей UPS-II, UPS-III, UPS-III-IS. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 26 февраля 2015 года.

- Перечень основных средств, применяемых при поверке:
- мультиметр цифровой прецизионный 8508А (Госреестр 25984-14);
  - калибратор универсальный Fluke 5520А (Госреестр 23346-02).

### Сведения о методиках (методах) измерений

Методики измерений с помощью калибраторов указаны в документе «Калибраторы тока UPS. Руководство по эксплуатации».

### Нормативные документы, устанавливающие требования к калибраторам

ГОСТ 22261-94 «Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

### Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

– выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

### Изготовитель

Фирма «Druck Limited», Великобритания  
Почтовый адрес: Fir Tree Lane, Groby, Leicester LE6 OFH, UK  
Тел. +44 (0) 116 231 4314 Факс: +44 (0) 116 231 4192

**Испытательный центр**

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»)

117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31

Телефон: (495) 544-00-00

Аттестат аккредитации ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA RU.310639 от 16.04.2015 г.

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

М.п.



«05» 06

С.С. Голубев

2015 г.

ПРОШНУРОВАНО,  
ПРОНУМЕРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
4/четыре ЛИСТОВ(А)

